Indicaciones de Uso

Destinado para su uso como sonda intra-anal tanto en hombres como mujeres y como sonda vaginal pequeña para mujeres. Para ser utilizado únicamente en la estimulación muscular y equipo de Bioinformación EMG aprobado según EN60601-01 para el tratamiento de la incontinencia de "esfuerzo", "urgencia" y "fecal".

SÓLO PARA UN ÚNICO PACIENTE – puede ser utilizado por el mismo paciente varias veces.
SÓLO PARA UN ÚNICO ORIFICIO – el mismo paciente no debe utilizar la misma sonda para tratamiento vaginal y anal.
Utilizar siguiendo el consejo médico.

Contraindicaciones:

NO SE DEBE UTILIZAR EN:

Estimulación eléctrica si va equipado con un marcapasos cardíado • En caso de embarazo • Si el precinto del envoltorio no está intacto • En caso de infección, herida o cicatriz reciente • Vaginal durante la menstruación • No se debe utilizar estimulación eléctrica en pacientes con historial de carcinoma en la zona pélvica.

Precauciones:

Cuando se aplique estimulación eléctrica en paciente con sensación tisular alterada o reducida • Durante la estimulación eléctrica si el usuario tiene un historial de epilepsia (consultar asesoramiento médico) • Utilizar la ANUFORM® con equipos capaces de emitir salidas con exceso de $2mA/cm^2$. En caso de duda contacte con el fabricante del equipo o con su asesor médico. Interrumpa el uso de la ANUFORM® si aparece irritación o molestia y consulte con su médico.

Limpieza:

- Limpie la ANUFORM® con agua jabonosa templada.
- Enjuáguela bien y séquela.
- Repetir después de cada uso y secar correctamente antes de guardarla en su funda plástica.
- NO UTILIZAR AGUA HIRVIENDO.

Eliminación:

Límpiela cuidadosamente y deséchela según las regulaciones locales.

Instrucciones de Uso:

IMPORTANTE:

- Antes de la primera utilización y cada una de la siguientes utilizaciones, lávela y séquela según indicado anteriormente.
- Aplique una ligera cantidad de KY Gel o gel lubricante similar en el cuerpo y partes metálicas de la sonda para una fácil introducción y una buena conductividad.
- **Uso Anal:** En posición de sentado introducir la ANUFORM® en el ano. El "anillo" de la sonda debe permanecer siempre en el exterior del ano.
- **Uso Vaginal:** Introduzca la sonda en posición "Este/Oeste", p.e. superficies metálicas del electrodo encaradas a las caderas. Introducir hasta que el cuerpo de la sonda quede en la cavidad vaginal. El "anillo" de la sonda debe permanecer siempre en el exterior entre los labios.
- Antes de conectar los cables de la sonda asegúrese de que el equipo está desactivado.
- Utilícelo según las indicaciones de su médico. Después de utilizarlo, apague el equipo y desconecte los cables. Para desconectar la sonda no lo haga tirando de los cables.
- Lave y seque la sonda según instrucciones.